COLOMBO

Flora Nitro Test

Instrucciones de uso en español

Referencia: A5010500 · EAN: 8715897342592

Test de nitrato (NO3) para acuarios plantados. Rango indicado por el fabricante: 0-30 mg/l. Contenido suficiente para 40 pruebas.

Antes de empezar

Utilice un tubo limpio y mida el volumen de agua con precisión. Mantenga los frascos cuentagotas verticales y evite burbujas en las gotas. Limpie el tubo inmediatamente después de usarlo.

Procedimiento

1. Tome una muestra de 10 ml de agua.

2. Añada 5 gotas del reactivo NO3-1 y agite.

3. Añada 5 gotas del reactivo NO3-2 y vuelva a agitar.

4. Añada 2 medidas de la cucharilla del kit de polvo de nitrato (tubo con tapón verde).

5. Agite durante 20 segundos.

6. Espere 15 minutos y determine el valor mediante la carta de colores del kit.

Lectura del resultado

Use la carta de colores original del kit. Coloque el tubo sobre ella y observe desde arriba con luz indirecta, sin sol directo. Compare el color; si queda entre dos tonos, estime un valor intermedio. Una impresión o una pantalla pueden alterar los colores y no sustituyen la carta original.

Fuente: manual oficial Colombo Flora Nitro. Especificaciones: página oficial Colombo Plant Tests. Traducción: Acuatic Distribuciones.